

СТОЛ ПРОЦЕДУРНЫЙ МД SP РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стол процедурный предназначен для хранения и транспортировки медицинских принадлежностей.
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: стол процедурный, руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (ВхШхГ), мм	Количество полок, шт	Вес, кг
SP 2N	960*х630х470	2 стальных	11.0
SP 3N	960*х630х470	3 стальных	14,1
SP 2G	960*х630х470	2 стеклянные	12,5
SP 3G	960*х630х470	3 стеклянные	18.5

*-указана высота стола с установленными роликами
Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допустимая распределенная нагрузка: на полку не более 15 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Стол процедурный может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.
Стол процедурный устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность. В случае необходимости передние ролики стопорятся посредством фиксаторов.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Стол процедурный можно перевозить в упаковке изготовителя со снятыми роликами и в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Стол изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

СТОЛ ПРОЦЕДУРНЫЙ МД SP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стол процедурный предназначен для хранения и транспортировки медицинских принадлежностей.
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: стол процедурный, руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (ВхШхГ), мм	Количество полок, шт	Вес, кг
SP 2N	960*х630х470	2 стальных	11.0
SP 3N	960*х630х470	3 стальных	14,1
SP 2G	960*х630х470	2 стеклянные	12,5
SP 3G	960*х630х470	3 стеклянные	18.5

*-указана высота тумбы с установленными роликами
Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допустимая распределенная нагрузка: на полку не более 15 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Стол процедурный может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.
Стол процедурный устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность. В случае необходимости передние ролики стопорятся посредством фиксаторов.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Стол процедурный можно перевозить в упаковке изготовителя со снятыми роликами и в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Стол изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____